* Bei Verwendung mit einerTeleoptik müssen zusätzliche Zwischenrohre ergänzt werden!
PA 20.06 = 2 Stück ; PZ 20.06 = 1 Stück
When using with a telephoto lens, additional intermediate tubes are added!
PA 20.06 = 2 pieces ; PZ 20.06 = 1 pieces

Zwischenrohr PZ 20/J
Intermediate tube PZ 20/J
nr./no. 514814

Quarz-Scheibenvorsatz PA 20/I AF1
Quartz window adapter PA 20/I AF1
nr./no. 1008144



Pmax. = 0,5 bar
Pmin. = -0,5 bar



Zum Schutz der Pyrometeroptik vor Schmutz und Spritzwasser.

Keine Gasdichtigkeit!
Nicht bei Vakuumbehältern oder Überdruck verwenden.

To protect the pyrometer optics from dirt and splash water.

No gas tightness!
Do not use in vacuum containers or under overpressure.

Die wirksame Transmission hängt von der Wellenlänge des verwendeten Pyrometers ab und die zur korrekten Messung einzustellende Korrektur des Emissionsgrades ist aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen!

The effective transmission depends on the wavelength used by the pyrometer and the correction of the emissivity to be set for the correct measurement can be found in the operating instructions!



Werkstoff: 3.2315
Material: 3.2315

Gewicht: 0.132 Kg
Weight: 0.132 Kg

Keller
>>> Pyrometer Systems

Scheibenvorsatz mit Quarzglasfenster
fused silica window adapter

PA 20/I AF1			
Artikel-Nr.:	1008144		
Ersteller: Neukötter	20.04.2026	Z-Index: 08	
Stückliste-Index:	1008144/00	28.01.2009	



Axialluftdüse PZ 20/A AFx
Air purge PZ 20/A AFx



Beispiel
example



Axialluftdüse PZ 20/A AFx
Air purge PZ 20/A AFx



Beim wechseln der Scheibe Schutzbrille und Handschuhe tragen !
Wear protective glasses and gloves when changing the glass.



Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch sowie Änderungen oder Umbau dieses Produktes können zu Verletzungen und zu Schäden am Produkt führen und sind aus Sicherheits-Zulassungsgründen (CE) nicht gestattet.

Improper use or changes or conversion of this Product can cause injury and damage to the product lead and are not permitted for safety certification (CE).

Keller
>>> Pyrometer Systems

Scheibenvorsatz mit Quarzglasfenster
fused silica window adapter

PA 20/I AF1		
Artikel-Nr.:	1008144	
Ersteller: Neukötter	20.04.2026	Z-Index: 08
Stückliste-Index:	1008144/00	28.01.2009